<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit Unhas</td><td colspan="3">STERILISASI STEAM</td></tr>
<tr><td>Nomor Dokumen
794/UN4.24.0/OT
.01.00/2023</td><td>Nomor Revisi
00</td><td>Halaman
1 dari 2</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

INSTALASI CSSD DAN LAUNDRY</td><td>Tanggal Terbit

10 Januari 2023</td><td colspan="2">Ditetapkan
Direktur Utama,

dr. Andi Muhammad Ihsan, Ph.D.,Sp.M (K)
NIP 197002122008011013</td></tr>
<tr><td>Pengertian</td><td colspan="3">Proses in aktifasi segala bentuk kehidupan mikroorganisme termasuk endospore dengan metode panas uap suhu tinggi</td></tr>
<tr><td>Tujuan</td><td colspan="3">- Menghasilkan produk bahan/alat medik steril yang siap digunakan pada pelayanan pasien yang membutuhkan bahan/alat steril dalam proses perawatan</td></tr>
<tr><td>Kebijakan</td><td colspan="3">- Peraturan direktur Rumah Sakit Unhas nomor : 12/UN4.24.0/2023 tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi di Rumah Sakit Unhas
-</td></tr>
<tr><td>Prosedur</td><td colspan="3">1. Pastikan indicator kelas 1 sudah tertempel pada kemasan
2. Atur bahan/alat pada trolley
3. Catat nama alat yang akan disterilkan pada form sterilisasi
4. Berikan jarak antara alat yang disusun pada trolley agar chamber tidak melebihi kapasitas normal
5. Pilih program pada mesin
6. Masukkan bahan/alat kedalam chamber sterilisator
7. Sertakan indicator biologi pada proses strerilisasi yang terdapat implant
8. Jalankan mesin sterilisator
9. Catat nomor cycle mesin pada form sterilisasi
10. Jika proses sterilisasi selesai diamkan bahan/alat pada chamber autoclave dalam kondisi pintu terbuka
11. Keluarkan bahan/alat dari chamber jika waktu cooling down telah tercapai 1 jam</td></tr>
<tr><td>Unit Terkait</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td>Dokumen terkait</td><td colspan="3">Form Sterilisasi</td></tr>
<tr><td>Petugas terkait</td><td colspan="3">- Staf CSSD</td></tr>
</table>

Rumah Sakit Unhas	STERILISASI STEAM		
	Nomor Dokumen 794/UN4.24.0/OT.01.00/2023	Nomor Revisi 00	Halaman 2 dari 2
Diagram Alur