

 Rumah Sakit Unhas	PENGUKURAN DENYUT JANTUNG JANIN (DJJ) DENGAN <i>DOPPLER</i>		
	No. Dokumen 3724/UN4.24.0/OT.01.00/2023	No. Revisi 4	Halaman 1/2
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR BIDANG KEPERAWATAN	Tanggal Terbit 29 Maret 2023	 Ditetapkan, Direktur Utama, dr. Andi Muhammad Ichsan, PhD, Sp.M(K) NIP. 197002122008011013	
Pengertian	Fetal Doppler adalah alat untuk deteksi detak jantung janin di dalam kandungan.		
Tujuan	1. Mengumpulkan data denyut jantung janin. 2. Menganalisis denyut jantung janin.		
Kebijakan	1. Peraturan Direktur Rumah Sakit Unhas Nomor 56/UN4.24.0/2023 tentang Pedoman Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di Rumah Sakit Unhas. 2. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar Nomor 77/UN4.24.0/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar 3. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar Nomor 78/UN4.24.0/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kebidanan di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar		
Prosedur	1. Persiapan Alat a. Handscoon bersih b. Jam untuk menghitung c. Doppler d. Jelly e. Tissue 2. Persiapan Pasien: a. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medik) b. Jelaskan jenis, tujuan dan lamanya prosedur yang akan dilakukan kepada klien. c. Atur posisi klien senyaman mungkin. d. Perhatikan privasi klien. 3. Prosedur: a. Cuci tangan sesuai standar. b. Pasang sarung tangan, jika perlu c. Identifikasi status obstetri ibu.		



Rumah Sakit Unhas

PENGUKURAN DENYUT JANTUNG JANIN (DJJ) DENGAN *DOPPLER*

No. Dokumen

3724/UN4.24.0/OT.01.00/2023

No. Revisi

4

Halaman

1/2

- d. Identifikasi riwayat obstetri ibu.
- e. Identifikasi adanya penggunaan obat, diet, dan merokok.
- f. Identifikasi pemeriksaan kehamilan sebelumnya.
- g. Anjurkan ibu berbaring terlentang pada bed pemeriksaan.
- h. Buka pakaian pada bagian perut ibu.
- i. Lakukan manuver leopold untuk menentukan posisi janin.
- j. Tentukan punctum maksimum.
- k. Berikan jeli pada ibu.
- l. Tempelkan doppler pada perut ibu pada punctum maksimal.
- m. Hitung Detak Jantung Janin (DJJ) selama 1 menit (normal 120-160x/menit).
- n. Informasikan hasil pemantauan DJJ.
- o. Bersihkan perut ibu dengan menggunakan tissue.
- p. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan.
- q. Lepaskan sarung tangan.
- r. Lakukan cuci tangan sesuai standar.
- s. Evaluasi respon pasien.
- t. Dokumentasikan pada lembar sesuai standar

Unit Terkait

1. Instalasi Rawat Inap dan Kamar bersalin
2. Instalasi Rawat Darurat (IRD)
3. Instalasi Rawat Jalan

Dokumen Terkait

1. Rekam Medis
2. Lembar partograf

Petugas Terkait

1. Dokter
2. Bidan
3. Perawat