

 Rumah Sakit Unhas	Double Lumen Catheter (DLC)		
	Nomor Dokumen 4951/UN4.24/OT.01.00/2022	Nomor Revisi 1	Halaman 1/2
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR UNIT DIALISIS	Tanggal Terbit 03 Juni 2022	Ditetapkan, Direktur Utama,   Dr. dr. Messuri Tadjuddin Chalid, Sp. OG (K) NIP. 196704091996012001	
Pengertian	Tindakan perawatan akses double lumen catheter/DLC untuk prosedur Dialisis yang meliputi pembersihan dan pemeliharaan sebelum dan sesudah akses digunakan di unit Dialisis di Rumah Sakit Unhas.		
Tujuan	Sebagai acuan yang seragam dalam hal tindakan perawatan akses double lumen catheter/DLC untuk prosedur Dialisis, sehingga tindakan Dialisis di Rumah Sakit Unhas memiliki standar prosedur yang sama dan dapat diikuti oleh semua petugas yang terkait.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas Nomor 91/UN4.24/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Dialisis di Rumah Sakit Unhas.		
Prosedur	1. Mempersiapkan alat dan bahan yang steril/Dialisis set, yang berisi duk steril, kom kecil berisi NaCl 0,9%, kasa steril, sarung tangan steril, plester, heparin, spoit 10 cc, spoit 3 cc, heparin, desinfektan semprot. 2. Gunakan sarung tangan yang tidak steril dan buka balutan exit site DLC, lepaskan pelan-pelan 3. Perhatikan posisi DLC apakah tertekuk, letak/posisi apakah berubah, apakah terdapat tanda – tanda infeksi 4. Gunakan sarung tangan steril dan mulai lakukan desinfeksi pada daerah exit site dengan desinfektan semprot mulai dari pangkal sampai ke area sekitar DLC dengan cara memutar kasa dari dalam ke luar 5. Bersihkan NaCl 0,9% lalu keringkan dengan kasa steril kering. 6. Berikan Antibiotik topical jika perlu lalu tutup dengan kasa steril. 7. Buka kedua tutup DLC, bersihkan kedua ujung DLC dengan NaCl 0,9% 8. Lakukan aspirasi sesuai dengan volume yang tertera pada kateter 9. Bilas DLC dengan NaCl 0,9% sampai bersih 10. Atur posisi DLC dengan tepat dan benar		

 Rumah Sakit Unhas	Double Lumen Catheter (DLC)		
	Nomor Dokumen 4951/UN4.24/OT.01.00/2022	Nomor Revisi 1	Halaman 1/2
	11. Kateter difiksasi dengan plester 12. DLC siap disambungkan dengan arteri bloodline 13. Post Dialisis DLC diisi dengan heparin murni per lumen sesuai dengan volume yang tertera pada DLC 14. DLC ditutup dengan kasa lalu difiksasi dengan plester		
Unit Terkait	1. Unit Dialisis 2. Instalasi Farmasi		
Dokumen Terkait	Catatan Terintegrasi Rekam Medik		
Petugas Terkait	1. Staf unit Dialisis 2. Staf instalasi farmasi		
Diagram Alur			