

PEMISAHAN MESIN HEMODIALISIS			
 Rumah Sakit Unhas	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Halaman
	4948/UN4.24/OT.01.00/2022	1	1/1
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR UNIT DIALISIS	Tanggal Terbit 03 Juni 2022	 Ditetapkan, Direktur Utama Dr. G. Saiful Mujlisur Tadjuddin Chalid, Sp. OG (K) NIP. 196704091996012001	
Pengertian	Pemisahan mesin hemodialisis untuk pasien dengan hepatitis B, hepatitis C dan HIV di unit dialisis Rumah Sakit Unhas.		
Tujuan	Sebagai acuan dalam pemisahan mesin hemodialisis untuk pasien dengan hepatitis B, hepatitis C dan HIV di unit dialisis Rumah Sakit Unhas, agar terdapat standar prosedur yang sama dan dapat diikuti oleh semua petugas yang terkait.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas Nomor 91/UN4.24/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Dialisis di Rumah Sakit Unhas.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika dari hasil pemeriksaan menunjukkan pasien mengidap hepatitis B, hepatitis C, atau HIV maka penempatan pasien pada mesin hemodialisis dipisahkan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. yang tidak mengidap hepatitis B, C ataupun HIV b. Mesin untuk pasien hepatitis B c. Mesin untuk pasien hepatitis C 3. Jika Pasien menderita HIV akan dirujuk ke rumah sakit yang memiliki mesin khusus pasien dengan HIV. 		
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Dalisis 2. IPSRS 		
Dokumen Terkait	Catatan Terintegrasi Rekam Medik		
Petugas Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Unit Dialisis 2. Staf IPSRS 		