

 Rumah Sakit Unhas	PENGATURAN KAMAR BAYI		
	Nomor Dokumen 2791/UN4.24.0/OT.01.00/2023	No. Revisi 00	Halaman 1/2
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR NICU	Tanggal Terbit 08 Maret 2023	Ditetapkan, Direktur Utama,  dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M(K) NIP. 197002122008011013	
Pengertian	Adalah tindakan pengaturan suhu kamar pada bayi dengan berat badan lahir (BBL) >2500 gram.		
Tujuan	Untuk menjaga suhu tubuh normal bayi (36,5°C – 37,5°C) dan mencegah terjadinya hipotermi pada bayi baru lahir.		
Kebijakan	1. Keputusan Direktur Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Nomor 83/UN4.24/2022 tentang pedoman pelayanan pasien risiko tinggi dan penyediaan pelayanan risiko tinggi di Rumah sakit Universitas Hasanuddin Makassar 2. Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas Nomor 37/UN4.24.0/2023 Tentang Pedoman Pelayanan <i>Neonatal Intensive Care Unit</i> (NICU)		
Prosedur	1. Persiapan alat : a. Tempat tidur/box bayi b. Termometer c. Linen/kain selimut bayi 2. Persiapan pasien a. Cek instruksi dokter. Identifikasi pasien sesuai dengan nama pasien, tanggal lahir, dan nomor rekam medis b. Persiapkan posisi klien dengan tepat dan nyaman. Bayi diletakkan sementara di bawah radiant warmer saat baru lahir 3. Prosedur a. Lakukan cuci tangan b. Buat <i>nest</i> bayi dari linen/kain selimut bayi. Pastikan linen/selimut bayi hangat dan kering c. Bayi dengan berat badan lahir ≥ 2500 gram dirawat pada box bayi. d. Atur suhu ruangan minimal 25°C, ideal (21-24°C) e. Pastikan tempat tidur (Nest bayi) selalu tetap kering. f. Pantau suhu tubuh bayi dalam keadaan suhu normal. Jika ada kondisi hipotermi pastikan suhu lingkungan baik dan linen bayi tidak basah.		

 Rumah Sakit Unhas	PENGATURAN KAMAR BAYI		
	Nomor Dokumen 2791/UN4.24.0/OT.01.00/2023	No. Revisi 00	Halaman 1/2
Unit Terkait	1. Ruang NICU 2. Kamar bayi		
Dokumentasi	Rekam Medik dan Form monitoring <i>flow sheet</i> pasien		
Petugas Terkait	1. Perawat 2. Bidan		